



Dne: 22.09.2004
č.j.: 17365/2004
Vyřizuje útvar: Regionální centrum České Budějovice
Referent: Ing. Eva Beranová
Tel.: +420386105227

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona zahájeném dne 22.9.2004 na základě žádosti ze dne 14.9.2004, kterou podala

firma Okresní nemocnice Tábor,
sídlem **kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor**
identifikační číslo 00582425,
evidenční číslo SÚJB 103071,
(dále jen „žadatel“) rozhodl takto

I.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. i) zákona žadateli

povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření

v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. g) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. **používání stabilních skiagrafických rtg. zařízení typu:**

- **MP 50 CHIRAKTIS** na rtg. pracovišti č. 1 a č. 2 radiodiagnostického oddělení (RDO) Okresní nemocnice Tábor.
- **MP 15** na rtg. pracovišti č. 5 RDO Okresní nemocnice Tábor.

Tato pracoviště jsou ve smyslu ustanovení §13 písm. g) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. zařazena do **II. kategorie**. Ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) se jedná o **významné** zdroje ionizujícího záření.

II.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost současně

schvaluje

žadateli následující dokumentaci

1. **revizi č.3 Program zabezpečování jakosti** RDO Okresní nemocnice Tábor, bez přílohy č. 11.2. Seznam rtg. přístrojů, ve znění předloženém dne 22.9.2004
2. **Vnitřní havarijný plán** pro RDO Okresní nemocnice Tábor, ve znění předloženém dne 22.9.2004
3. **Program monitorování** pro RDO Okresní nemocnice Tábor, ve znění předloženém dne 22.9.2004
4. **Vymezení kontrolovaného pásma** na pracovišti č. 1, 2 a č.5. RDO Okresní nemocnice Tábor, ve znění předloženém dne 22.9.2004

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

III.

.Evidenčním číslem přiděleným žadateli Státním úřadem pro jadernou bezpečnost podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je číslo: 103071.

Správní poplatky ve výši 200 Kč byly uhrazeny podle položky č. 96 písm.d) přílohy zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti ze dne 14.9.2004, doručené dne 22.9.2004 o povolení používání významných zdroje ionizujícího záření, stabilních skiagrafických rtg. zařízení typu MP 50 CHIRAKTIS na rtg. pracovišti č. 1 a č. 2 a MP 15 na rtg. pracovišti č. 5 RDO Okresní nemocnice Tábor. Žádost byla doložena dokumentací a náležitostmi splňujícími požadavky §13 zákona a jeho přílohy I. Státní úřad posoudil dokumentaci pro povoloanou činnost jako vyhovující požadavkům zákona a jeho prováděcích předpisů. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - Regionální centrum České Budějovice, 370 07 České Budějovice 7, L. B. Schneidera 32.

**Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ing. Ladislav Vávra
vedoucí RC České Budějovice**

Přílohy:

Potvrzená znění schválené dokumentace.

Rozdělovník:

1. Okresní nemocnice Tábor, Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum České Budějovice, pošt. schr. 10, 370 07
Č. Budějovice
- kopie k založení do spisu