



České Budějovice dne: 08.07.2003

č.j.: 2013376/2003 k č.j. 03CB0637

Vyřizuje útvar: RC Brno - pracoviště České Budějovice

Referent: Ing. Eva Beranová

Tel.: 38 610 5227

## **ROZHODNUTÍ**

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve správním řízení zahájeném dne 5.6.2003 na základě žádosti ze dne 4.6.2003, kterou podala

**firma:** Nemocnice Písek,  
**sídlem:** 39723 PÍSEK, K. Čapka 589,  
**identifikační číslo:** 00582905,  
**evidenční číslo SÚJB:** 103080,

(dále jen „žadatel“) rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost žadateli

### **schvaluje**

**1) Program zabezpečování jakosti** Nemocnice Písek

**2) Program monitorování** Nemocnice Písek

**3) Vnitřní havarijný plán** Nemocnice Písek

a to ve znění předloženém dne 7.7.2003.

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

Tímto rozhodnutím je **zrušena** platnost předchozích Programů zabezpečování jakosti, Vnitřních havarijních plánů a Programů monitorování, schválených jako dílčí dokumenty pro jednotlivé ZIZ.

Tímto rozhodnutím je **zrušena** platnost Rozhodnutí SÚJB č.j. 191041/2001 ze dne 30.1.2002 v části II. schvalující vymezení kontrolovaného pásma na pracovištích s pojízdnými rtg. přístroji a to: ARO, oddělení nedonošenců, ortopedické oddělení a chirurgické sály Nemocnice Písek.

### **Odůvodnění:**

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti žadatele o schválení přiložené dokumentace jako revize předchozích dokumentů, předkládaných podle § 17 odstavec 2, písmeno g) zákona č. 18/1997 Sb ve znění zák. č. 13/2002 Sb. Na základě předložených výsledků měření rozptýleného záření bylo zrušeno vymezení kontrolovaného pásma na pracovištích s pojízdnými rtg. přístroji a to: ARO, oddělení nedonošenců, ortopedické oddělení a chirurgické sály Nemocnice Písek. V souladu s §29 vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. bylo doloženo vymezení sledovaného pásma na jmenovaných pracovištích.

Žadatel dne 7.7.2003 předložil dokumentaci pro povolenou činnost přizpůsobenou požadavkům Atomového zákona ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů, v souladu s čl. III zákona č. 13/2002 Sb. Státní úřad pro jadernou bezpečnost posoudil předloženou dokumentaci a shledal, že obsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Proto bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, RC České Budějovice, 37007 České Budějovice , Schneiderova 32.

**Ing. Eva Beranová  
inspektorka SÚJB**

### **Přílohy:**

Potvrzené znění schválené dokumentace.

**Rozdělovník:**

1. Nemocnice Písek, 39723 PÍSEK, K. Čapka 589,  
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, RC České Budějovice, Schneiderova 32  
- kopie k založení do spisu