



České Budějovice dne: 11.07.2003

č.j.: 2013379/2003 k č.j. 03CB0636

Vyřizuje útvar: RC Brno - pracoviště České Budějovice

Referent: Ing. Eva Beranová

Tel.: 38 610 5227

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve správním řízení zahájeném dne 7.7.2003 na základě žádosti ze dne 14.6.2003, kterou podala

firma: Okresní nemocnice Jindřichův Hradec
sídlem: 37738 JINDŘICHŮV HRADEC, U Nemocnice
380/III,

identifikační číslo: 00666866,
evidenční číslo SÚJB: 103390,

(dále jen „žadatel“) rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost žadateli

schvaluje

- 1) Vnitřní havarijní plán, revize č.1** pro RDO Okresní nemocnice J. Hradec
- 2) Přílohu 11.1. (Změnový list) Programu zabezpečování jakosti** Okresní nemocnice J. Hradec

a to ve znění předloženém dne 7.7.2003.

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

Tímto rozhodnutím je **zrušena** platnost předchozích Vnitřních havarijních plánů, schválených rozhodnutím SÚJB jako dílčí dokumenty pro jednotlivé ZIZ.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti žadatele o schválení přiložené dokumentace jako revize předchozích dokumentů, předkládaných podle § 17 odstavec 2, písmeno g) zákona č. 18/1997 Sb ve znění zák. č. 13/2002 Sb. Vnitřní havarijní plán byl vypracován pro celé RDO v souladu s požadavky vyhl. SÚJB č. 318/2002 Sb. Dále byla předložena revize Směrnice Provozní zkoušky rtg., jako navazující dokumentace uvedené v PZJ, a revidovaný Seznam rtg. přístrojů. Tyto změny uvedené na Změnovém listě PZJ byly schváleny.

S dokumentací bylo úřadu doloženo vymezení sledovaného pásma na pracovištích Dětské oddělení, Chirurgické a Interní oddělení, v souladu s §29 vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost posoudil předloženou dokumentaci a shledal, že obsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, RC České Budějovice, 37007 České Budějovice , Schneiderova 32.

Ing. Eva Beranová
inspektorka SÚJB

Přílohy:

Potvrzené znění schválené dokumentace, Směrnice Provozní zkoušky,
Vymezení sledovaného pásma

Rozdělovník:

1. Okresní nemocnice J. Hradec, 37738 JINDŘICHŮV HRADEC, U
Nemocnice 380/III,
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, RC České Budějovice, Schneiderova 32
- kopie k založení do spisu