



STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne: 17.08.2007
č.j.: 22575/2007
Spis. značka: 21423/2007
Vyřizuje útvar: Regionální centrum Ostrava
70300 Ostrava Vítkovice, Syllabova 1198/21
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Kropáček
Tel.: +420 555 302 721

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona zahájeném na základě žádosti, kterou podala

firma / osoba Rehabilitační ústav Hrabyně,

sídlem / bytem 74767 **HRABYNĚ č.p. 204**

identifikační číslo 00601233,

evidenční číslo SÚJB 103144,

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), ze dne 24.7.2007, bez č.j., kterou SÚJB obdržel dne 31.7.2007, rozhodl takto:

I.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona účastníkovi řízení

povoluje nakládání se zdroji ionizujícího záření

v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu §36 odst.1 písm.g) vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č.499/2005 Sb (dále jen „vyhláška“)., používání

- skiagrafického rtg. přístroje **MP 15**

umístěného v rtg. vyšetřovně v 1 NP budovy léčebné části ústavu

Pracoviště s tímto zdrojem se podle §13 vyhlášky zařazuje do II. kategorie.

II.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost současně

schvaluje

žadateli následující dokumentaci:

1. **program zabezpečování jakosti** ve znění dokumentu **RúH-VD 1** předloženém dne 31.7.2007 společně se žádostí.
2. **vymezení kontrolovaného pásma** ve znění dokumentu **RúH-VD 4** předloženém dne 31.7.2007 společně se žádostí
3. **program monitorování** ve znění dokumentu **RúH-VD 2** předloženém dne 31.7.2007 společně se žádostí
4. **vnitřní havarijný plán** ve znění dokumentu **RúH-VD 3** předloženém dne 31.7.2007 společně se žádostí

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

III.

Evidenčním číslem přiděleným účastníkovi řízení podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je toto číslo: 103144.

Činnost povolenou tímto rozhodnutím SÚJB lze vykonávat pouze za splnění následujících podmínek:

- zdroj ionizujícího záření bude vyhovovat požadavkům na zdravotnické prostředky podle zvláštních právních předpisů

Toto povolení se vydává na dobu **do: 30.09.2017**

Odůvodnění:

Rehabilitační ústav Hrabyně, zastoupený MUDr. Vernerem Borunským - ředitelem, požádal dne 31.7.2007 o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření. Žádost obsahovala údaje podle §13 odst.1 zákona. Žádost byla doložena dokladem podle §13 odst.8 a dokumentací podle písm.d) zákona. Předložená dokumentace byla posouzena a shledána vyhovující pro daný účel použití.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Regionální centrum Ostrava, 70300 Ostrava Vítkovice, Syllabova 1198/21 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Ing. Jan Kropáček
vedoucí regionálního centra

Přílohy:

Potvrzená znění schválené dokumentace

Rozdělovník:

1. Rehabilitační ústav Hrabyně, 74767 HRABYNĚ 14, ,
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum Ostrava,
- kopie k založení do spisu