



České Budějovice dne: 30.01.2006

č.j.: 30582/2006

Vyřizuje útvar: Regionální centrum České Budějovice
37001 České Budějovice České Budějovice 7, L. B.
Schneidera 362/32

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Beranová

Tel.: +420 389 502 727

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 18/1997 Sb. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona zahájeném dne 30.1.2006 na základě žádosti ze dne 27.1.2006, kterou podala

firma Nemocnice Písek

sídlem 39723 **PÍSEK, K. Čapka 589,**

identifikační číslo 00582905,

evidenční číslo SÚJB 103080,

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), a kterou SÚJB obdržel dne 30.1.2006 , rozhodl takto:

I.

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona účastníkovi řízení

Povoluje nakládání se zdrojem ionizujícího záření

v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. g) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů **používání skiagrafického zařízení typu RadSpeed MC** na radiodiagnostickém pracovišti č. 4 Nemocnice Písek, Karla Čapka 589.

II.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 4 odst. 12 zákona a ustanovením §13 písm. b) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zařazuje výše uvedené pracoviště do **II. kategorie**. Ve smyslu ustanovení § 9 písm.a) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, klasifikuje výše uvedené rentgenové zařízení jako **významný** zdroj ionizujícího záření.

III.

Dokumentace pro povolovanou činnost **Program zabezpečování jakosti Nemocnice Písek a Program monitorování RDO Nemocnice Písek** byla schválena rozhodnutím SÚJB č.j. 2013376/2003. Revize **Vnitřního havarijního plánu** byla schválena rozhodnutím SÚJB č.j. 27438/2005.

IV.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zároveň

schvaluje

Vymezení kontrolovaného pásma na radiodiagnostickém pracovišti č. 4 Nemocnice Písek a to ve znění předloženém dne 30.1.2006.

V.

Toto rozhodnutí se vydává za podmínky, že

1. Zkoušky provozní stálosti (dále ZPS) skiagrafického zařízení budou prováděny v rozsahu uvedeném v předložené směrnice Provozní zkoušky RadSpeed MC (leden 2006). Pokud dojde v rámci následné zkoušky dlouhodobé stability k upřesnění rozsahu ZPS firmou dle §72, odst. 1 vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude předložena revize citované směrnice Provozní zkoušky.

VI.

Tímto rozhodnutím **se ruší** rozhodnutí SÚJB č.j. 2000CB0751 ze dne 13.10.2000 o povolení používání rtg. zařízení typu MP15, Statix, Tablix, Vertigraf na pracovišti č. 4 Nemocnice Písek.

Evidenčním číslem přiděleným účastníkovi řízení podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je toto číslo: **103080**.

Toto rozhodnutí se vydává na **dobu do : 30.1.2016**

Podle § 85 odst. 2 písm. c) spr. ř. se případnému odvolání vylučuje odkladný účinek z důvodu přiložené žádosti účastníka řízení.

Správní poplatky podle položky 106 přílohy zákona č. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč byly uhrazeny.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti ze dne 27.1.2006, doručené dne 30.1.2006, o povolení používání významného zdroje ionizujícího záření, skiagrafického zařízení typu RadSpeed MC na radiodiagnostickém pracovišti č. 4 Nemocnice Písek, příspěvková organizace, Karla Čapka 589. Žádost byla doložena dokumentací a náležitostmi splňujícími požadavky §13 zákona a jeho přílohy I. Schválený Program zabezpečování jakosti byl doplněn změnovým listem a revizí přílohy 11.2 Seznam rtg. přístrojů (evidence zdrojů). Dále byla žádost doložena oznámením o ukončení používání skiagrafického rtg. zařízení typu MP 15 na pracovišti č. 4 a dokladem ze dne 3.1.2006 o jeho předání

firmě AZX s.r.o. k likvidaci. Státní úřad posoudil dokumentaci pro povolenou činnost jako vyhovující požadavkům zákona a jeho prováděcích předpisů. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno. Úřad vyhověl písemné žádosti účastníka řízení o vyloučení odkladného účinku, protože tímto nevzniká újma jiným účastníkům a není to v rozporu s veřejným zájmem.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Ing. Ladislav Vávra
vedoucí regionálního centra

Rozdělovník:

1. Nemocnice Písek, 39723 PÍSEK, K. Čapka 589,
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum České Budějovice, pošt. schr. 10, 370 07
Č. Budějovice
- kopie k založení do spisu