



České Budějovice dne: 27.04.2006

č.j.: 38599/2006

sp. zn.: 38597/2006

Vyřizuje útvar: Regionální centrum České Budějovice
37001 České Budějovice České Budějovice 7, L. B.
Schneidera 362/32

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Beranová

Tel.: +420 389 502 727

ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 18/1997 Sb. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona zahájeném dne 27.4.2006 na základě žádosti ze dne 24.4.2006, kterou podala

firma Nemocnice Písek

sídlem 39723 **PÍSEK, K. Čapka 589,**

identifikační číslo 00582905,

evidenční číslo SÚJB 103080,

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), rozhodl takto:

I.

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona účastníkovi řízení

Povoluje nakládání se zdrojem ionizujícího záření

v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. g) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
používání

- **stacionárního skiagraficko - skiaskopického zařízení typu BACCARA 90/20** na radiodiagnostickém pracovišti č. 2 Nemocnice Písek, Karla Čapka 589.

- **stacionárního skiagrafického zařízení typu Rad Speed MF** na radiodiagnostickém pracovišti č. 2 Nemocnice Písek, Karla Čapka 589.

II.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 4 odst. 12 zákona a ustanovením §13 písm. b) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zařazuje výše uvedené pracoviště do **II. kategorie**. Ve smyslu ustanovení § 9 písm.a) vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, klasifikuje výše uvedená rentgenová zařízení jako **významný zdroj ionizujícího záření**.

III.

Dokumentace pro povoloovanou činnost **Program zabezpečování jakosti Nemocnice Písek a Program monitorování RDO Nemocnice Písek** byla schválena rozhodnutím SÚJB č.j. 2013376/2003. Revize **Vnitřního havarijního plánu** byla schválena rozhodnutím SÚJB č.j. 27438/2005.

IV.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zároveň

schvaluje

Vymezení kontrolovaného pásma na radiodiagnostickém pracovišti č. 2 Nemocnice Písek a to ve znění předloženém dne 27.4.2006.

V.

Toto rozhodnutí se vydává za podmínky, že :
Zkoušky provozní stálosti (dále ZPS) skiagrafického zařízení budou prováděny v rozsahu uvedeném v předložené směrnice Provozní zkoušky RadSpeed MF (duben 2006) a Baccara 90/20 (duben 2006). Pokud dojde v rámci následných zkoušek dlouhodobé stability k upřesnění rozsahu ZPS firmou dle §72, odst. 1 vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude předložena revize citované směrnice Provozní zkoušky.

VI.

Tímto rozhodnutím **se ruší** rozhodnutí SÚJB č.j. 191041/2001 ze dne 30.1.2002 o povolení používání rtg. zařízení typu MP15 na pracovišti č. 2 Nemocnice Písek.

Evidenčním číslem přiděleným účastníkovi řízení podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je toto číslo: **103080**.

Toto rozhodnutí se vydává na **dobu do : 30.1.2016**

Správní poplatky podle položky 106 přílohy zákona č. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč byly uhrazeny.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti ze dne 24.4.2006, doručené dne 27.4.2006, o povolení používání významného zdroje

ionizujícího záření, skiagrafického zařízení typu RadSpeed MF a skiagraficko - skiaskopického zařízení typu Balcara 90/20 na radiodiagnostickém pracovišti č. 2 Nemocnice Písek, Karla Čapka 589. Žádost byla doložena dokumentací a náležitostmi splňujícími požadavky §13 zákona a jeho přílohy I. Schválený Program zabezpečování jakosti byl doplněn změnovým listem a revizí přílohy 11.2 Seznam rtg. přístrojů (evidence zdrojů). Dále byla žádost doložena oznámením o ukončení používání skiagrafického rtg. zařízení typu MP 15 na pracovišti č. 2 a dokladem ze dne 24.3.2006 o jeho předání firmě AZX s.r.o. Proto je z podnětu žadatele v části VI. zrušeno povolení k jeho používání.

Žadatel s dokumentací pro povolovanou činnost předložil směrnici Provozní zkoušky pro zařízení RAdSpeed MF a Balcara 90/20. Vzhledem k obsahu schváleného Programu zabezpečování jakosti, který odkazuje na provádění zkoušek provozní stálosti v rozsahu uvedeném v dokumentu směrnice Provozní zkoušky a oprávnění firmy tento rozsah dle § 572, odst. 1 vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů upřesňovat při zkoušce dlouhodobé stability, byla stanovena výše uvedená podmínka povolení, část V. rozhodnutí.

Státní úřad posoudil dokumentaci pro povolovanou činnost předloženou podle §13 zákona a jeho přílohy I. jako vyhovující požadavkům zákona a jeho prováděcích předpisů. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - RC České Budějovice, L. B. Schneidera 32, pošt. schr. 10, 370 07 České Budějovice .

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Ing. Ladislav Vávra
vedoucí regionálního centra

P ř í l o h y:

1. Potvrzené znění schválené dokumentace : Vymezení kontrolovaného pásma
2. Potvrzený změnový list Programu zabezpečování jakosti

Rozdělovník:

1. Nemocnice Písek, 39723 PÍSEK, K. Čapka 589,
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum České Budějovice, pošt. schr. 10, 370 07
Č. Budějovice
- kopie k založení do spisu

Převzato osobně dne 27.4.2006 :

Předala osobně dne 27.4.2006: