



Praha dne: 26.01.2004  
č.j.: 513/2004  
Vyřizuje útvar: Regionální centrum Praha  
Referent: Ing. Milena Durdíková  
Tel.: 221 624 757

## **ROZHODNUTÍ**

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve správním řízení zahájeném dne 18.12.2003 na základě žádosti ze dne 5.12.2003, kterou podala

firma: Nemocnice Hořovice,  
sídlem: 26831 **HOŘOVICE U BEROUNA, K Nemocnici 1106,**

identifikační číslo: 00640964,  
evidenční číslo SÚJB: 103276,

(dále jen „žadatel“) rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost žadateli

### **schvaluje**

**program zabezpečování jakosti** podle § 17 odst. 2 cit. zákona, a to ve znění ze dne 21.11.2003

**program monitorování** podle bodu I.6 cit. zákona, a to ve znění z listopadu 2003

**vymezení kontrolovaného pásma** a to v rozsahu navrženém v listopadu 2003 v příloze žádosti ze dne 5.12.2003 na pracovištích II. kategorie v přízemí nové budovy, rdg oddělení s významnými ZIZ:

- CT vyšetřovna, místnost č. 1.28
- skiografie se stropním stativem, místnost č. 1.16
- skiografie s digitálním zobrazením, místnost č. 1.09

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

Tímto rozhodnutím se **mění** rozhodnutí SÚJB čj.

- 98/0265/AB ze dne 15.4.1998
- 6495/2000 ze dne 22.5.2000
- 13114/2000 ze dne 19.9.2000
- 10547/2001 ze dne 24.8.2001
- 11203/2002 ze dne 9.7.2002

tím, že se vypouští text ve výrokové části II.

a dále se tímto rozhodnutím **ruší** rozhodnutí SÚJB čj. 98/0264/AB ze dne 15.4.1998 a rozhodnutí SÚJB čj. 6225/2001 ze dne 14.5.2001.

### **Odůvodnění:**

Státní úřad pro jadernou bezpečnost posoudil předloženou dokumentaci a shledal, že obsahuje veškeré náležitosti požadované zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Proto bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno. Výrokové části II výše uvedených rozhodnutí se týkají dříve schválené dokumentace a zrušená rozhodnutí se týkají zrušení nakládání s rtg přístroji **Chiralux 2** a **12 P 5** na základě oznámení ze dne 22.12.2003.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - Regionální centrum Praha, 11000 Praha 1, Senovážné náměstí 9.

Ing. Otto Kodl  
vedoucí regionálního centra

**Přílohy:**

Potvrzené znění schválené dokumentace.

**Rozdělovník:**

1. Nemocnice Hořovice, 26831 HOŘOVICE U BEROUNA, K Nemocnici 1106,  
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum Praha,  
- kopie k založení do spisu