



Brno dne: 9.11.2006  
čj.: 52844/2006  
Spis. značka: 52844/2006  
Vyřizuje útvar: Regionální centrum Brno  
602 00 Brno, Tř. kpt. Jaroše 5  
Oprávněná úřední osoba: RNDr. Iveta Brzá  
Tel.: 515902788

## ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, zahájeném na základě žádosti, kterou podala

firma **ProMedica, spol. s r.o.**  
se sídlem **796 03 Prostějov, E. Valenty 3969/19**  
identifikační číslo **00560073**  
evidenční číslo SÚJB **102903**

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr.ř.“), ze dne 3.11.2006, kterou SÚJB obdržel dne 7.11.2006, rozhodl takto:

### I.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 67 odst. 1 spr.ř. a podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona účastníkovi řízení

### povoluje

nakládání se zdrojem ionizujícího záření v rozsahu a způsobem zahrnujícím ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., používání významného zdroje ionizujícího záření - rentgenové zařízení diagnostické CT zn. **CT BrightSpeed Excel**, umístěného na RDG pracovišti II. kategorie - Nemocnice Prostějov, Mathonova 291/1 - přízemí, 796 03 Prostějov. Rtg přístroj bude používán k vyšetřování pacientů.

### II.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost současně

### schvaluje

účastníkovi řízení následující dokumentaci:

1. **Revize programu zabezpečování jakosti** podle § 13 odst. 5 zákona, a to ve znění předloženém dne 7.11.2006 beze značky.
2. **Revize vnitřního havarijního plánu** podle § 13 odst. 7 zákona a bodu I.8 přílohy zákona, a to ve znění předloženém dne 7.11.2006 beze značky.

Z výše uvedené schválené dokumentace byly pořízeny dva stejnopisy, z nichž jeden Státní úřad pro jadernou bezpečnost ukládá do archivu a druhý se jako příloha tohoto rozhodnutí zasílá potvrzený zpět žadateli.

### III.

#### **Toto povolení se vydává na dobu do 9.11.2016.**

Správní poplatky podle položky č. 106 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000,- Kč byly uhrazeny.

#### **Odůvodnění:**

Dne 7.11.2006 bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření. Současně s žádostí byly předloženy doklady podle § 13 zákona a vyhlášky č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky č.499/2005 Sb. a zákonem požadovaná dokumentace. Program zabezpečování jakosti, program monitorování a vnitřní havarijní plán bylo již schváleno rozh. č.j. 2017945/2002 dne 5.12. 2002. Protože účastník řízení splnil podmínky radiační ochrany dané platnou legislativou, bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB- Regionální centrum Brno, 602 00 Brno, Tř. kpt. Jaroše 5 rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

bezpečnost:

Za Státní úřad pro jadernou

RNDr. Libor Urbančík  
vedoucí Regionálního centra Brno

#### **Přílohy:**

Potvrzené znění schválené dokumentace

#### **Rozdělovník:**

1. **ProMedica, spol. s r.o., E. Valenty 3969/19, 796 03 Prostějov**  
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. **SÚJB, Regionální centrum Brno,**  
- kopie k založení do spisu