



## STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne: 11.01.2010  
č.j.: SÚJB/RCAB/641/2010  
Spis. značka: SÚJB/RCAB/26352/2009/1  
Vyřizuje útvar: Regionální centrum Praha  
14000 Praha 4, Bartoškova 28  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Hrabák  
Tel.: +420226518252

### ROZHODNUTÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3 písm. e) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení o změně podmínek povolení zahájeném na základě žádosti, kterou podala

firma TEMAC, a.s.  
sídlem Nymburská 53, 289 13, Zvěřínek  
identifikační číslo 00012092,  
evidenční číslo SÚJB 100552,

(dále jen „účastník řízení“), podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“), ze dne 26.11.2009, kterou SÚJB obdržel dne 3.12.2009, rozhodl takto:

#### I.

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 16 odst. 3 zákona

#### **mění podmínky povolení**

k nakládání se zdroji ionizujícího záření dané rozhodnutím SÚJB č.j. 17380/2007 ze dne 8.8.2007 tak, že do části III. předmětného rozhodnutí doplňuje podmínky, které zní:

- uzavřený radionuklidový zářič  $^{137}\text{Cs}$  č. osvědčení 825-466-88-1 SSSR, výr. č. 6YK instalovaný v krytu MDN202, lze, ve smyslu § 82 odst. 5 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů., nadále používat.
- zkoušky dlouhodobé stability výše uvedeného zářiče, u kterého skončila doporučená doba používání, budou prováděny 1x za rok **otěrem na náhradních plochách a přímou metodou** vždy za 6

let od předchozí zkoušky provedené přímou metodou, a to firmou mající povolení k provádění zkoušek dlouhodobé stability URZ přímou metodou.

Evidenčním číslem přiděleným účastníkovi řízení podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona je číslo: 100552.

### **Odůvodnění:**

Rozhodnutí se vydává na žádost fy. Temac, a.s. Firma má rozhodnutím SÚJB č.j. 17380/2007 ze dne 8.8.2007 povoleno používání zařízení s uzavřeným radionuklidovým zářičem. Vzhledem k tomu, že u uzavřeného radionuklidového zářiče skončila doporučená doba používání, nechala firma v souladu s § 82 odst. 5 cit. vyhlášky provést zkoušku dlouhodobé stability přímou metodou. Se žádostí byl předložen protokol firmy Eckert&Ziegler Cesio, s.r.o., č. 068/08 ze dne 10.10.2008 s výsledky zkoušek dokazujícími těsnost zářiče. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Regionální centrum Praha, 14000 Praha 4, Bartoškova 28 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:  
Ing. Eva Jursíková  
vedoucí Regionálního centra Praha

### **Rozdělovník:**

1. TEMAC, a.s., Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek  
- účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum Praha,  
- kopie k založení do spisu