

## Podmínky k používání přenosných intraorálních rtg přístrojů

K této problematice bylo 20.3.2009 zveřejněno stanovisko České stomatologické komory a Státního Úřadu pro jadernou bezpečnost. Na základě nejnovějších zkušeností z praxe a na žádost České stomatologické komory byla přehodnocena kritéria a pravidla dovolující používání přenosných intraorálních rtg přístrojů. Výsledkem je níže uvedené **společné stanovisko** obou institucí:


**Používání přenosného rtg zařízení bude povoleno, při splnění požadavků stanovených zákonem č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcími předpisy pro stacionární zubní rtg přístroje a dalších níže uvedených požadavků:**


- 1) **V rámci zdůvodnění nakládání se zdrojem (zákon č. 18/1997 Sb., Příloha I) musí žadatel zdůvodnit, proč potřebuje právě přenosný intraorální rentgen. Akceptovatelné jsou tyto důvody:**
  - jako jediný intraorální rtg přístroj (např. z prostorových důvodů nelze instalovat stacionární intraorální rtg přístroj),
  - jako druhý (doplňkový) rtg přístroj pro používání mimo stálou ordinaci (např. při snímkování pacientů ve zdravotnických zařízeních pro dlouhodobé nemocné, domovech důchodců, domácnostech, lékař pracuje ve více místně vzdálených ordinacích).
- 2) **Přenosný rtg intraorální přístroj musí být vybaven držákem senzoru umožňujícího přesnou centraci rtg svazku na senzor a zajišťujícího odpovídající vzdálenost mezi ohniskem rentgenky a povrchem těla pacienta. Držák senzoru musí odpovídat použitému typu rtg přístroje i senzoru.**
- 3) **Musí být prokazatelně zajištěna bezpečnost zdroje (s ohledem na možné zcizení).**
- 4) **Nedojde ke zhoršení úrovně radiační ochrany ani diagnostické kvality vyšetření při používání těchto přístrojů ve srovnání se standardními stabilními intraorálními rtg přístroji:**
  - v předkládaném „Důkazu optimalizace radiační ochrany“ musí být specificky zohledněny podmínky používání přenosného intraorálního rtg přístroje – viz příloha.
- 5) **Přístroj musí úspěšně projít přijímací zkouškou doplněnou o test – viz příloha.**

Další informace pro uživatele přenosných intraorálních rtg přístrojů:

V připravované vyhlášce MZ o základním vybavení stomatologických ordinací bude ČSK jednoznačně trvat na požadavku stabilního intraorálního rtg přístroje v ordinaci.

V Praze dne ..... 3. 6. 2009 .....

  
.....  
MUDr. Pavel Chrz  
viceprezident  
Česká stomatologická komora

  
.....  
Ing. Karla Petrová  
náměstkyně pro radiační ochranu  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost	
čas doručení .....	
- 5 -06- 2009	
počet listů ..... 1	počet příloh ..... 1 list
č.j. .... 13105	